



ראש שרותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

ה' באדר, התשע"ח
24 פברואר 2015
16753615
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק - 23

לכבוד
מר דורון כהן
מנכ"ל מעבדות חי בע"מ
רח' פלאונט 6
פארק תמר, רחובות

הכרה במעבדה

לפי:

א. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתיה ומיתקני מי שתיה), התשע"ג – 2013

ב. חוזר מנהל רפואה מס' 9/2014 – טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה

בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם (1940 חלק ה-1) אני מכיר במעבדות חי בע"מ מרח' פלאונט 6, פארק תמר, רחובות לביצוע בדיקות אנדו טוקסינים (בדיקות LAL) ובדיקות מיקרוביולוגיות במים לשימוש בהמודיאליזה, לעניין התקנות והחוזרים בסימוכין.

הנספח המהווה חלק בלתי נפרד מתעודה זאת מפרט את החומרים הנבדקים ושיטת הבדיקה.

תוקף ההכרה עד: 25.02.2018
י' אדר, התשע"ח

פרופ' איתמר גרוטו
ראש שרותי בריאות הציבור
משרד הבריאות



ראש שרותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד
הבריאות**

לחיים בריאים יותר

**נספח לתעודה הכרה למעבדות חי בע"מ
מיום 25.02.2015**

| | |
|---|---|
| טלפון: 08-9366475 פקס: 08-9366474 דואר אלקטרוני: David@Hylabs.co.il | מעבדות חי בע"מ כתובת: רח' מנחם פלאוט 6 פארק תמר, רחובות |
|---|---|

| תחום: בדיקות מים לשימוש בהמודיאליזה | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| הפרמטר הנבדק: | שיטת הבדיקה: | הערות: |
| אנדוטוקסינים (בדיקות LAL) | ISO 23500:2011 & USP 85 | ISO – International Organization for Standardization |
| ספירה כללית | SM 9215B | SM - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22 th ed, 2012 |
| קוליפורמים | SM 9222B | |
| פסאודומונס איארוגינזה | SM 9313E | |