



ראש שרותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

י"ט באלול, התשע"ו  
22 ספטמבר 2016  
268601916  
(בתשובה נא ציין מספרנו)  
מס' תיק – 23

לכבוד  
מר דורון כהן, מנכ"ל  
מעבדות חי בע"מ  
רח' פלאונט 6  
פארק תמר, רחובות

### הכרה במעבדה:

#### לפי:

- א. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג – 2013
- ב. חוזר מנהל רפואה – טיפול במים לשימוש בהמו דיאליזה מס' 9/2014
- ג. חוזר ראש שירותי בריה"צ - הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים - פרק המים מס' 5/12

בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם 1940 (חלק ה-1) אני מכיר במעבדות חי בע"מ מרח' פלאונט 6, פארק תמר, רחובות לביצוע בדיקות של כימיקלים במים לשימוש בהמודיאליזה, לעניין התקנות והחוזרים בסימוכין.

הנספח המהווה חלק בלתי נפרד מתעודה זאת ומפרט את החומרים הנבדקים ושיטות הבדיקה.

תוקף ההכרה הוא עד: 12.09.2019

י"ב באלול, התשע"ט

פרופ' איתמר גרוטו  
ראש שרותי בריאות הציבור



ראש שרותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד  
הבריאות**

לחיים בריאים יותר

**נספח לתעודה הכרה למעבדות חי בע"מ  
מיום 12.09.2016**

טלפון: 08-9366475 פקס: 08-9366474 דואר אלקטרוני: David@Hylabs.co.il	מעבדות חי בע"מ כתובת: רח' מנחם פלאוט 6 פארק תמר, רחובות
---	---

תחום: בדיקת כימיקלים במים להמודיאליזה		
הערות:	שיטת הבדיקה:	הפרמטר הנבדק:
<b>EPA = Environmental Protection Agency</b>  <b>ISO = International Organization for Standardization</b>	<b>EPA 200.8 – “Determination of trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry”.</b>  <b>ISO 23500 (2015) – “Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies”</b>	סידן (Ca)
		מגנזיום (Mg)
		אשלגן (K)
		נתרן (Na)
		אנטימון (Sd)
		ארסן (As)
		בריום (Ba)
		בריליום (Br)
		קדמיום (Cd)
		כרומיום (Cr)
		עופרת (Pb)
		כספית (Hg)
		סלניום (SI)
		כסף (Ag)
אלומיניום (Al)		
נחושת (Cu)		
טליום (TI)		
אבץ (Zn)		